

総合精度管理参加番号

0314

令和6年3月31日

第17回総合精度管理事業 合否判定結果

(一財)京都工場保健会 御中

機関登録番号 26-01

日測協会会員番号 226002

〒108-0014

東京都港区芝4-4-5

三田労働基準協会ビル6階

公益社団法人 日本作業環境測定協会

会長 清水 英



項目	判定結果	特記事項
デザイン	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日
サンプリング	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日
粉じん(X線回折分析法)	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日
粉じん(りん酸法)	-	-
特定化学物質	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日
金属類	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日
有機溶剤	合格	合格有効期間:2024年4月1日～2026年3月31日

(判定結果詳細は別紙参照)

第17回総合精度管理事業 合否判定結果詳細

(一財)京都工場保健会 御中

機関登録番号 26-01

日測協会会員番号 226002

項目	判定基準	貴社データ
デザイン	審査項目すべてを満たす	すべての審査項目を満たしていた。
サンプリング	標準値(校正流量 190mL/min) に対して±10% 以内	基準値範囲内
粉じん(X線回折分析法)	①中央値(遊離けい酸含有 率)±10%以内 又は ②Zスコアが2以下	基準値範囲内 【Zスコア】1.03
粉じん(りん酸法)	①中央値(遊離けい酸含有 率)±10%以内 又は ②Zスコアが2以下	- 【Zスコア】-
特定化学物質	①中央値(対象物質濃度・気 中濃度)±10%以内 又は ②Zスコアが2以下	基準値範囲内 【Zスコア】 【濃度】0.245 【環境】0.261
金属類	①中央値(対象物質濃度・気 中濃度)±10%以内 又は ②Zスコアが2以下	基準値範囲内 【Zスコア】 【濃度】0.245 【環境】0.270
有機溶剤	①中央値(対象物質濃度・気 中濃度)±10%以内 又は ②Zスコアが2以下	基準値範囲内 【Zスコア】 【濃度】0.442 【環境】0.450

※貴社データ欄「基準値範囲内」は当該項目に第17回事業で合格している場合
「該当なし」は当該項目に第16回事業で合格している場合
「不参加」は当該項目に不参加の場合
「*号登録なし」は当該項目の号別区分登録なしの場合